

放射性物質測定結果報告書

宇都宮市教育委員会 教育長 水越 久夫 様

文化総合研究所
宇都宮市南區南町4070
担当者 白石 世俊

ご依頼ありました材料について測定した結果を下記のとおり報告致します。

記

学 校 名	河内中学校
品 名	牛乳パック
取 得 地	千葉県銚子市
受 取 年 月 日	平成30年5月30日
測 定 年 月 日	平成30年5月30日
報告書発行年月日	平成30年5月30日
報 告 書 番 号	18KG0182
測 定 方 法	シウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法
使 用 機 器	EMFシステム株式会社製 EMF 211型NaIシンチレーションスペクトロメータ

測定項目	測定結果	単位	備考
放射性セシウム	定量下限値未満(2.0未満)	Bq/kg	
放射性ヨウ素	定量下限値未満(2.5未満)	Bq/kg	