

放射能検査結果報告書

第 41-178701-180579-69108 号

発行日 平成30年5月29日

宇都宮市教育委員会

様

郵便番号 320-8540 電話番号 028-632-2760

住所 宇都宮市旭1丁目1-5

部署名 学校健康課

担当者名 出井

様

株式会社 江東微生物研究所

測定施設 食品分析センターつくば分室

〒305-0854

茨城県つくば市上横場446-1

検査責任者 石川 悦夫

TEL 029-837-7721

貴依頼による試料の測定結果について下記の通りご報告致します。

依頼日	平成30年5月28日	採取日時	
検体名	調理済給食	検体種別	食品
採取場所	宇都宮市立河内中学校	採取区分	他社
天候		気温	℃
		水温	℃

検査内容

測定方法	ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法（精密測定）
測定項目	放射性ヨウ素-131・放射性セシウム-134・放射性セシウム-137

測定条件	測定時間	2000 秒	測定日	平成30年5月29日
	測定機器	ゲルマニウム半導体検出器		

測定結果	測定核種	測定結果 (Bq/kg)	検出限界 (Bq/kg)
	放射性ヨウ素131 (I-131)	検出せず	0.74
	放射性セシウム134 (Cs-134)	検出せず	0.69
	放射性セシウム137 (Cs-137)	検出せず	0.66
	放射性セシウム合計	検出せず	

特記事項

平成14年3月厚生労働省「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」に準拠
 平成23年12月厚生労働省医薬食品局食品安全部基準管理課「食品中の放射性物質の新たな基準値について」による。
 平成23年10月厚生労働省健康局水道課「水道水の放射能測定マニュアル」による。
 採取日時からの放射能の減衰補正は行っておりません。
 「検出せず」とは、検出限界値未満を意味します。
 本測定結果は、提出された試料についてだけのものです。

備考 検査提供期間 平成30年5月21日～25日

環境衛生事業部 宇都宮営業所
TEL 028-862-9257(代)

K.O. 6239 P. 1

資料提供先(公)

2018 5月29日 15時31分