

放射性物質測定結果報告書

宇都宮市教育委員会 教育長 小堀 茂雄 様

文化経済企画株式会社
宇都宮市花園町2070
担当 白石 博俊

ご依頼ありました試料について測定した結果を下記のとおり報告致します。

記

学 校 名	河内中学校
品 名	トマト
産 地	栃木県下野市
受 取 年 月 日	令和4年5月25日
測 定 年 月 日	令和4年5月25日
報告書発行年月日	令和4年5月25日
報 告 書 番 号	22KG00180
測 定 方 法	ヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメータ機器分析法
使 用 機 器	EMFジャパン株式会社製 EMF211型ガンマ線スペクトロメータ

測定項目	測定結果	単 位	備 考
放射性ヨウ素	定量下限値未満 (2.0未満)	Bq/kg	
放射性セシウム	定量下限値未満 (2.5未満)	Bq/kg	

✓

22-R1-41
令和4年5月25日

放射能測定結果書

〒320-8540
宇都宮市旭1-1-5宇都宮市教育委員会
教育長 小堀 茂雄 様

公益財団法人 栃木県保健衛生事業団

理事長 渡 邊 慶

食品環境検査所

〒329-1194 栃木県宇都宮市下岡本町2-13

(栃木県保健環境センター内)

TEL 028-673-9900 FAX 028-673-9956

令和4年5月23日にご依頼の、放射能測定結果は次のとおりです。

1. 試料名 学校給食 河内中学校
2. 採取日 令和4年5月16、17、18、19、20日
3. 採取者
4. 測定日 令和4年5月24日 12時07分
5. 測定方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法

〔食安発0315第4号(平成24年3月15日)に伴う「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」(平成14年3月)に準拠〕

6. 測定条件

測定機器: セコー・イージ・アソシエーツ製 Ge半導体検出器 GEM25-70			
試料量	2.05 kg	試料容器	2Lマリネリ容器
測定時間	LT:2400.0秒 RT:2400.4秒	測定者	井上隆

7. 測定結果

測定核種	放射能濃度 (Bq/kg)	検出限界値 (Bq/kg)
放射性ヨウ素 (^{131}I)	検出せず	0.5
放射性セシウム (^{134}Cs)	検出せず	0.5
放射性セシウム (^{137}Cs)	検出せず	0.6

備考

採取口からの放射能の減衰補正は行っておりません。

検査責任者

石塚 昌美